



能力验证计划结果通知单

计划编号及名称: **NIL PT-0433 水中 COD 的测定 (限重铬酸钾法)**

实验室名称: **鹤山利奥计量检测服务有限公司**

实验室代码: **41**

测试项目	样品名称/编号	实验室结果 (mg/L)	稳健平均值 (mg/L)	能力评定标准差 (mg/L)	Z 比分数
COD	水中 COD 120172013010000	291	286	6.5	0.8

注:

1. $|Z| \leq 2.0$ 为满意结果。
2. $2.0 < |Z| < 3.0$ 为有问题的结果, 有问题结果在表中用*标出。
3. $|Z| \geq 3.0$ 为不满意(离群)结果, 不满意结果在表中用 § 标出。
2. “/”表明实验室没有提交结果, 没有计算出 Z 比分数。
3. 能力验证计划结果通知单应与能力验证计划最终结果报告结合使用。

测试项目	试验方法	技术代码	测试人员
COD	GB/T 11914-1989 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	ATC-021	梁锐荣

北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司

2013年8月23日

能力验证专用章