

## IQTC13C03 塑料中重金属含量的测定

### 能力验证计划结果通知单

实验室名称：鹤山利奥计量检测服务有限公司

实验室代码：035

能力验证结果：见下表。

样品名称及编号	浅棕色 ABS 塑胶粒 H1303			
测试项目	总铅 Pb	总镉 Cd	总汞 Hg	总铬 Cr
稳健平均值 $x^*$ (单位: mg/kg)	321.1	96.33	161.0	200.0
稳健标准差 $s^*$ (单位: mg/kg)	8.35	2.82	6.80	8.10
实验室结果 (单位: mg/kg)	310.0	94.78	163.7	188.0
Z 比分数	-1.33	-0.55	0.40	-1.48
评价	满意	满意	满意	满意

该实验室参加本次能力验证计划结果评价：满意

注 1:  $|Z| \leq 2$  为满意结果;  $2 < |Z| < 3$  为有问题的结果, 有问题结果在表中用 # 标出;  
 $|Z| \geq 3$  为不满意 (离群) 结果, 不满意结果在表中用 \$ 标出。

注 2: -- 表明实验室没有提交结果。

注 3: 本结果通知单应与能力验证计划最终结果报告结合使用。

注 4: 对于参加本次能力验证的 CNAS 认可或准备申请认可的实验室, 请保留相关记录, 并把参加结果及时向 CNAS 通报, 根据不同的结果采取相应的措施, 有关详情请参见 CNAS RL02: 2010 《能力验证规则》。

二〇一三年七月二十日

